

# ДОГОВОР

Днес, 12.03.2019г в гр.Хасково между:

1/ **«ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО»** ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 126181014, с адрес: гр.Хасково, пл.»Градска болница» № 1, e-mail: [dkc1haskovo@abv.bg](mailto:dkc1haskovo@abv.bg), представлявано от д-р Ясен Георгиев Янев- управител наричано по-долу за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**, от една страна

и

2/ **„ДИАГОНАЛ” ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 103787889, със седалище и адрес на управление: Гр. Варна, ул.“Селиолу” № 21, ет.4, ап.13, e-mail: [diagonal\\_ood@yahoo.com](mailto:diagonal_ood@yahoo.com), представлявано от управителя Божидар Борисов Божиков, наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните”**, а всеки от тях поотделно **„Страна”**);

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и във връзка с Протоколи от 31.01.2019 г.и 28.02.2019г, утвърдени от управителя на **«ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО»** ЕООД за определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 – ХАСКОВО” ЕООД”, се сключи настоящия договор (**„Договора/Договорът”**) при следните условия:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

### Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави и прехвърли собствеността на Възложителя на специализирана медицинска апаратура – рентгенографска система, съгласно Техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и детайлно описана в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 2), неразделна част от Договора (**„Медицинска/та апаратура”**) срещу задължението на Възложителя да я приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности:

- (i) доставка на Медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в настоящия Договор;
- (ii) монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура;
- (iii) обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената Медицинска апаратура;

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея(1.2) в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и ценовото Предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете по настоящия Договор.

## II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

### Член 2. Цена

(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 69 475,00 лв./шестдесет и девет хиляди лева четиристотин седемдесет и пет лева/ без включен ДДС или 83 370,00 лв./осемдесет и три хиляди лева триста и седемдесет/с включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 2), неразделна част от настоящия Договор.

(2.2) Цената по алинея (2.1) включва цената за доставка и прехвърляне на собствеността на Медицинската апаратура-предмет на Договора, монтажа, въвеждането ѝ в експлоатация, и обучението на персонала на Възложителя за работа с нея.

(2.3) Посочената цена включва всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като /но не само/: разходите за транспортиране и доставка на Медицинска апаратура до мястото за доставка, включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готово за приемане и експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервисна документация, както и разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(2.4) Посочената в настоящия Договор цена с крайна и остава непроменена за срока на действието му.

### Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в 2-дневен срок, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) по настоящия Договор се извършва, както следва:

(i) Възложителят заплаща авансово 50 % (петдесет процента) от цената по алинея (2.1) в срок от 3 (три) работни дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура.

(ii) Окончателното плащане в размер на 50 % (петдесет процента) от цената се извършва в срок от 7 (седем) работни дни след представяне на следните подписани документи кумулативно:

- Присъмо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратура с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставка на Медицинската апаратура (Приложение № 3);
- Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура (Приложение № 4);
- Протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от Възложителя за работа с Медицинската апаратура (Приложение № 5);
- Фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.

### **III. СРОКОВЕ, МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА**

#### **Член 4.Срокове и място на доставка**

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му, като срокът му изтича след изтичането на срока на гаранцията на Медицинската апаратура, предмет на Договора.

(4.2) Срокът за доставката на Медицинската апаратура е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписването на този Договор.

(4.3) Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура е 3 (три) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол (Приложение № 3).

(4.4) Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с Медицинската апаратура е 7 (седем) календарни дни, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в Приемо-предавателния протокол (Приложение № 3).

(4.5) Гаранционният срок на Медицинската апаратура е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на въвеждането ѝ в експлоатация.

(4.6) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на доставената Медицинска апаратура, в рамките на гаранционния срок по предходната алинея (4.5).

(4.7) Мястото на доставка на Медицинската апаратура е в в сградата на «ДКЦ 1 – ХАСКОВО» ЕООД, гр. Хасково, пл. "Градска болница" № 1.

#### **Член 5. Условия на доставка**

##### **(5.1) Доставка**

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и с други документи и аксесоари, изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото предложение на Изпълнителя.

(5.1.2) Изпълнителят предава Медицинската апаратура на упълномощен представител на Възложителя. За съответствието на доставената Медицинска апаратура и приемането ѝ по вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва присмо-предавателен протокол (Приложение № 3) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия“ (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената Медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на окомплектовка на доставката и представяне на документите, изискващи се съгласно алинея (5.1.1). Присмо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), сериен номер /или други идентифициращи апаратурата данни/, предмет на доставка.

(5.1.3) Изпълнителят уведомява Възложителя предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската

апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни Несъответствия.

(5.1.4) При констатиране на явни Несъответствия Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя срок, или при забавяне на доставката на Медицинската апаратура с повече от 20 (двадесет) дни, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, включително да усвои сумите по предоставената гаранция.

(5.1.5) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на Медицинската апаратура. Приемането на доставката на Медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия.

(5.1.6) Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 3 (три) дни от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок.

(5.1.7) При наличие на явни Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4) и/или при наличие на скрити Несъответствия, констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя по реда на алинея (5.1.6): (i) Изпълнителят заменя доставената Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок след получаване на уведомлението по алинея (5.1.6), който не може да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) дни; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на Медицинската апаратура.

(5.1.8) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея (5.1.4), Възложителят не дължи окончателното плащане в размер на 50 % (петдесет процента) по алинея 3.2); (ii) преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

## **(5.2) Монтаж**

(5.2.1) Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности, свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура в срок от 3 (три) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4).

(5.2.2) За извършения монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № 4, неразделна част от настоящия Договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по настоящия алинея (5.2.2) до окончателното въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба.

### **(5.3) Обучение на персонала**

(5.3.1) В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това Възложителя, писмено, в срок от 3 (три) дни от подписване на настоящия Договор. Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с Медицинската апаратура в срок от 3 (три) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение.

(5.3.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя в от 7 (седем) календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2), съответно алинея (5.1.4). Изпълнителят е длъжен да осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на доставка и инсталиране на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните.

(5.3.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, във формата и със съдържанието по Приложение № 5, неразделна част от настоящия Договор. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

### **Член 6.**

Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, приложими към Изпълнителя.

### **Член 7. Преминаване на собствеността и риска**

Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Медицинската апаратура, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на подписване на Протокола за монтаж и въвеждане на Медицинската апаратура в експлоатация съгласно алинея (5.2.2).

## **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

### **Член 8. Права и задължения на Изпълнителя**

(8.1) Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация Медицинската апаратура, предмет на настоящия Договор, отговаряща на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на алинея (5.1.1) и придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия Договор.

(8.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(8.3) Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка на Медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок, при условията и сроковете на този Договор, съответно при условията на гаранцията.

(8.4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената

Медицинска апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и материали.

(8.5) Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да изпълнява задълженията си по Договора без да пречи на нормалното протичане на работата на Възложителя.

(8.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(8.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

(8.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на пълната информация и документи за изпълнение на Договора и на необходимия достъп до помещенията на Възложителя, в които ще се монтира Медицинската апаратура.

(8.9) Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на Възложителя в уговорените срокове и график, и съгласно договорените условия.

(8.10) Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди, нанесени на имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на Медицинската апаратура в експлоатация.

#### **Член 9. Права и задължения на Възложителя**

(9.1) При добросъвестно и точно изпълнение на Договора, Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(9.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Медицинската апаратура, предмет на Договора по реда на алинея (5.1.2) и следващите, ако отговаря на договорните изисквания, както и да осигури достъп до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация.

(9.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на Медицинската апаратура на посочения в алинея (4.7) от Договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(9.4) Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време.

(9.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(9.6) Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по Договора Медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията посочени в настоящия Договор и съгласно гаранционните ѝ условия.

(9.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна Медицинска апаратура и/или нейни компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени настоящия Договор.

(9.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати изцяло или частично цената по Договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора.

(9.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да склучи и да му представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

(9.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

## **V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ**

### **Член 10.**

#### **(10.1) Гаранционна отговорност**

(10.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на Медицинската апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.

(10.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички Несъответствия на Медицинската апаратура, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(10.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 2 (два) дни от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(10.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от 3 (три) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в този срок, Изпълнителят осигурява на Възложителя обратна апаратура, която се задължава да монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на дефекта/повредата, като гаранционният срок на Медицинската апаратура в процес на поправяне се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

#### **(10.2) Гаранционно (сервизно) обслужване**

Възложителят е длъжен да осигурява гаранционна поддръжка на Медицинската апаратура съгласно сроковете и условията по гаранцията.

## **VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ**

### **Член 11. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите**

#### (11.1) Видове и размер на гаранциите

(11.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на Договора по алинея(2.1);

(11.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора

#### (11.2) Форма на гаранцията

(11.2.1) Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

### **Член 12. Изисквания по отношение на гаранциите**

(12.1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, то тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN BG34UNCR76301036098726, BIC UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(12.2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност-срока на действие на Договора.

(12.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.

(12.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(12.3). **Застраховката**, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неиспълнение на Договора, съответно при неусвояване или невръщане на авансовото плащане не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

### **Член 13. Задържане и освобождаване на гаранциите**

(13.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при условия, както следва:

(13.1.1) частично освобождаване в размер на 80 % (осемдесет процента) от стойността на гаранцията в срок от 7 (седем) работни дни, след присмане на доставката на Медицинската апаратура и подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (5.1.2) съответно по алинея (5.1.4) без забележки и след монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура и подписване на протокола по алинея (5.2.2), при липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранцията не е задържана,или не са настъпили условия за задържането ѝ.

(13.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността ѝ се извършва в срок от 7 (седем) работни

дни след изтичане на гаранционния срок на Медицинската апаратура, посочен в алинея (4.5) от настоящия Договор при условие, че Изпълнителят е изпълнил всички свои задължения по Договора и сумата по гаранцията не е задържана или не са настъпили условия за задържането ѝ.

(13.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (13.1.1).

(13.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (13.1).

(13.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(13.5) Гаранцията не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд.

(13.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължение за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържиот гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, при условие, че същото не е усвоено или върнато на Възложителя.

(13.8) Възложителят има право да задържа от сумата по гаранцията за изпълнение суми, равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.9) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията до размера ѝ, уговорен в алинея (11.1), като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да дозастрахова отговорността си до размера в алинея (11.1).

## ВІІ. НЕУСТОЙКИ

### Член 14.

(14.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) от цената по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента) от същата цена.

(14.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от размера на забавеното плащане.

(14.3) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) от общата цена на Договора по алинея (2.1).

(14.4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 5% (пет процента) от

цената.

(14.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение.

(14.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка: IBAN BG34UNCR76301036098726, BIC UNCRBGSF, УниКредит Булбанк АД. В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

### **VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

#### **Член 18.**

(18.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

- (i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
- (ii) с изтичане на уговорения срок;
- (iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;
- (iv) При настъпване на пълнопълна невъзможност за изпълнение непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 (тридесет) дни.

(18.2) Възложителят може да прекрати Договора без предизвестие, с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

- (i) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на Изпълнителя на задълженията за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; или
- (ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията; или
- (iii) при забава продължила повече от 15 (петнадесет) дни или при пълно неизпълнение на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя; или
- (iv) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор;

(18.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.

(18.4) Прекратяването става след уредяване на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

(18.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

#### **Член 19.**

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

### **IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

#### **Член 20.**

(20.1) Страните се освобождават от отговорност за неиспълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забавя и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(20.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(20.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(20.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

### **X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

#### **Член 21.**

Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на която и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след посмане на съответните задължения за конфиденциалност.

### **XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

#### **Член 22.**

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

#### **Член 23.**

Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

#### **ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Телефон: 038/665289, г-жа Румяна Колева  
Email: [dkc1haskovo@abv.bg](mailto:dkc1haskovo@abv.bg)

## **ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

Телефон: .....

Email: [diagonal\\_ood@yahoo.com](mailto:diagonal_ood@yahoo.com)

(23.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(23.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(23.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 20 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.

(23.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

### **Член 24.**

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

### **Член 25.**

(25.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни.

(25.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

### **Член 26.**

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

### **Член 27**

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 3 – Присмо-предавателен протокол за доставка на Медицинската апаратура;
4. Приложение № 4 – Протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура;

5. Приложение № 5 – Протокол за извършено обучение на медицинския персонал.

Настоящият Договор се подписа в 2 еднообразни екземпляра, от които 1 за Възложителя и 1 за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено съгласно  
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/управител-Ясен Янев



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено съгласно  
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/у/

в/

ОГРАНИЧЕНА  
ОТГОВОРНОСТ

ДИАГНОЗАЛ  
ЦЕНТЪР  
ВАРНА

ДО  
„ДКЦ 1-ХАСКОВО“ ЕООД  
пл. „Градска болница“ № 1  
Хасково

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на поръчката в съответствие с  
техническата спецификация и изискванията на  
възложителя

Долуподписаният/ната/ Божидар Борисов Божиков, в качеството си на управител на «ДИАГОНАЛ» ООД с ЕИК:103787889, в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:  
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 –ХАСКОВО“ ЕООД“

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 –ХАСКОВО“ ЕООД“

Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложи в документацията за участие в процедурата и ги приемаме без възражение.

Заявяваме, в случай че бъдем избрани за изпълнител на договора за обществената поръчка, ще доставим следното оборудване :

ПРЕДЛАГАНО ОБУРДВАНЕ, МОДЕЛ: POLYRAD S

ПРОИЗВОДИТЕЛ: RADIOLOGIA S. A, Испания.

1. Декларираме, че ще изпълним поръчката, съобразявайки се с условията по изпълнение, посочени от Възложителя в документацията за участие.
2. Срокът за изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора от двете страни.
3. Декларираме, че ще изпълним поръчката при следните ангажименти от наша страна:
  1. Срок на доставка, монтаж/инсталация и пускане в експлоатация: до 60 /шестдесет/ дни .
  2. Гаранционен срок на оборудването 12 /дванадесет/ месеца.
  3. Време за реакция при повикване: до 48 /четиридесет и осем/ часа.
  4. Време за отстраняване на повреда: 72/седемдесет и два/ часа.

Приложение :

1. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ С ПРЕДЛАГАНАТА ОТ УЧАСТНИКА АПАРАТУРА/ образец 11/.


2. Към настоящето предложение прилагаме каталог от производителя и сертификати на предлаганото оборудване /каталози, проспекти и т.н./ с превод на български език.

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Дата          | 28/01/ 2019                             |
| Име и фамилия | Божидар Божиков                         |
| Подпис, печат | Заличено съгласно<br>чл.2, ал.2 от ЗЗЛД |

ДРУЖЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНА  
ОТВОРНОСТ

ДИАГНОНАЛ

ВАРНА



ДО  
„ДКЦ 1-ХАСКОВО“ ЕООД  
пл. "Градска болница" № 1  
ХАСКОВО

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният/ната/ Божидар Борисов Божиков, в качеството си на Управител на ДИАГОНАЛ ООД с ЕИК: 103787889, в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 –ХАСКОВО“ ЕООД“

Уважаеми дами и господа,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 –ХАСКОВО“ ЕООД“

1. Предлагаме да изпълним поръчката при обща стойност без ДДС съгласно Приложение № 1, както следва: 69 475 /шестдесет и девет хиляди, четиристотин седемдесет и пет/ лв. без ДДС, съответно обща стойност с включен ДДС: 83 370 /осемдесет и три хиляди, триста и седемдесет/ лв.

За Апарат/система – модел **Polyrad S**

Производител: Radiologia S.A., Испания

### 2. Гаранция за изпълнение на договора:

В случай че нашата оферта бъде приета, ще представим преди подписване на договора гаранция за добро изпълнение в размер на 2 (два) % от общата цена в лева без ДДС за цялостно изпълнение на поръчката и договора.

**Забележка:** В цената са включени всички разходи за изпълнението на поръчката, включително разходи за транспорт и монтаж, обучение на персонал и гаранционно сервизно обслужване.

### 3. Начин на плащане – съгласно проекта на договор.

До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще се считат за обвързващо споразумение между двете страни.

Ние сме съгласни валидността на настоящата оферта да бъде за 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще сме обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичане на този срок.

Приложение: Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Дата          | 24/01/2019      |
| Име и фамилия | Божидар Божиков |
| Подпис, печат |                 |

Заличено съгласно  
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

ДРУЖЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНА  
ОТВОРНОСТ

ДИАГНОНАЛ

ВАРНА



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

за процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на ДКЦ 1 – Хасково ЕООД“

Предлаган апарат: **Polygrad S**  
Производител: **Radiologia S.A. (SEDECAL)**, Испания

|           | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ                              | МИНИМАЛНИ<br>ТЕХНИЧЕСКИ<br>ХАРАКТЕРИСТИКИ | ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА АПАРАТУРАТА,<br>ПРЕДЛАГАНА ОТ УЧАСТНИКА                                                                                                                           | СТР. ОТ<br>ДОКУМЕНТ    |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>1. Рентгенов генератор</b>                      |                                           | Да                                                                                                                                                                                        | 61                     |
| 1.1.      | Високочестотен, мощност                            | Мин. 30kW                                 | 32kW                                                                                                                                                                                      | 61                     |
| 1.2.      | Напрежителен обхват в kV                           | Мин. 40 - 125kV                           | 40 - 150kV                                                                                                                                                                                | 61                     |
| 1.3.      | Обхват на mAs                                      | Мин. 1mAs - 500mAs                        | 1mAs - 500mAs                                                                                                                                                                             | 61                     |
| 1.4.      | Интерфейс за експозиционна автоматика (AEC)        | Да                                        | Да,<br>1. Интерфейс за експозиционна автоматика (AEC).<br>2. Прибор за измерване на дозата (DAP meter).<br>Наличието на DAP е задължително условие за узаконяване на уредби, ползващи ИЙЛ | 1. 61, 62, 64<br>2. 64 |
| <b>2.</b> | <b>Подово монтиран рентгенов колонен статив</b>    |                                           | Да                                                                                                                                                                                        | 59                     |
| 2.1       | Надлъжно движение на колоната с рентгеновата тръба | Мин. 140cm                                | Да, 148 cm                                                                                                                                                                                | 59                     |
| 2.2       | Вертикално движение на тръбата                     | ≥ 100cm<br>(разстояние фокус / под)       | Да, 150 cm<br>разстояние фокус/под от 40 – 190cm                                                                                                                                          | 59                     |
| 2.3       | Ротация на рентгеновата тръба около                | Мин. +/- 90°                              | Да, +/- 180° с фиксиране на +90°, 0°, -90°                                                                                                                                                | 59                     |

|           | хоризонталната ос                                                                     |                 |                                           |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----|
| 2.4       | Ротация на рентгеновата колона около вертикалната ос                                  | Мин. +/- 90°    | Да, +/- 90° с фиксиране на +90°, 0°, -90° | 64 |
| <b>3.</b> | <b>Рентгенова тръба</b>                                                               |                 | Да                                        | 62 |
| 3.1       | Тип двуфокусна, с въртящ се анод                                                      | Да              | Да, двуфокусна тръба с въртящ анод        | 62 |
| 3.2       | Фокуси, размери                                                                       | ≤ 0.6 - ≤ 1.2mm | Малък фокус 0.6 - ≤ 1.2mm                 | 62 |
| 3.3       | Максимално анодно напрежение на рентгеновата тръба                                    | ≥ 125kV         | Да, 150 kV                                | 62 |
| 3.4       | Топлинен капацитет на анода                                                           | ≥ 300kHU        | Да, 300 kHU                               | 62 |
| <b>4.</b> | <b>Фиксирана по височина рентгенографска пациентна маса с „плуващ“ пациентен плот</b> |                 | Да                                        | 59 |
| 4.1       | Размер на пациентния плот                                                             | Мин. 200 x 80cm | Да, 220 x 86,6 cm                         | 59 |
| 4.2       | Движение на плота по дължина                                                          | ≥ 80cm.         | Да, 90 cm +/- 45 cm                       | 59 |
| 4.3       | Напречно движение на плота                                                            | ≥ 20cm.         | Да, 23 cm +/- 11,5 cm                     | 59 |
| 4.4       | Максимална товароносимост на масата                                                   | ≥ 200kg.        | Да, 300 Kg                                | 59 |
| 4.5       | Йонизационна камера с 3 полета                                                        | Да              | Да, йонизационна камера с 3 полета        | 64 |
| 4.6       | Растер, тип                                                                           | Да              | Да, подвижен                              | 60 |
| <b>5.</b> | <b>Рентгенова тръба</b>                                                               |                 | Да                                        | 62 |
| 5.1       | Тип: двуфокусна, с въртящ се анод                                                     | Да              | Да, двуфокусна тръба с въртящ анод        | 62 |
| 5.2       | Фокуси, размери                                                                       | Мин. 0.6/1.2mm  | Малък фокус 0.6 - ≤ 1.2mm                 | 62 |
| 5.3       | Максимално анодно напрежение на рентгеновата тръба                                    | Мин. 125kV      | Да, 150 kV                                | 62 |
| 5.4       | Топлинен капацитет на анода                                                           | Мин. 300kHU     | Да, 300 kHU                               | 62 |

|     |                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.5 | Топлинен капацитет на кожата на тръбата                                               | Мин. 1000kHU                                        | Да, 1250 kHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                                                                 |
| 6.  | <b>Вертикален буки статив</b>                                                         |                                                     | Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60                                                                 |
| 6.1 | Вертикален диапазон на движение на Буки кабинета                                      | Мин. 140cm                                          | Да, 150 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                                                                 |
| 6.2 | Разстояния от центъра на Буки кабинета до пода при най-долно положение                | ≤ 50cm.                                             | Да, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                 |
| 6.3 | Разстояния от центъра на Буки кабинета до пода при най-горно положение                | Мин. 180cm                                          | Да, 190 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60                                                                 |
| 6.4 | Йонизационна камера с 3 полета                                                        | Да                                                  | Да, йонизационна камера с 3 полета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 64                                                                 |
| 6.5 | Растр                                                                                 | Да                                                  | Да, подвижен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60                                                                 |
| 7.  | <b>Възможност за допълнителни надграждащи модули, съвместими с предлагания апарат</b> | Посочват се от участника в техническото предложение | <p>Polygad S се надгражда със съвместими дигитални системи от два производителя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Canon Inc., Япония и</li> <li>• iCRco., САЩ.</li> </ul> <p>Canon Inc. и iCRco., съвместно с Radiologia/SEDECAL, предлагат и комплектват дигиталните си системи с интерфейс за съвместно и едновременно управление на рентгеновите генератори и на дигиталните системи, от една конзола.</p> <p>Операторът, въвежда пациентната информация, избира анатомична област, която ще бъде изследвана. На екрана на конзолата на дигиталната система се появява прозрачен, на който се изобразяват предварително зададените рентгенографски параметри – kV, mAs, Sec, mA, полета на йонизационната камера и др.</p> <p>Тези рентгенографски параметри могат да бъдат променени, в зависимост от конкретния пациент. Така рентгенографските параметри са изпратени към</p> | <p>За Canon Inc.<br/>От 71 – 74</p> <p>За iCRco<br/>От 78 - 85</p> |

рентгеновия генератор, който е вече готов за експонация.

По този начин се гарантира лек и плавен диагностичен процес и най-важното повторемост на генериране, на медицински образи с висока диагностична стойност.

#### ЗАБЕЛЕЖКА:

В съседната колона „СТРАНИЦА ОТ ДОКУМЕНТ“ са посочени страниците, на които може да се намери подробна информация, за обявените технически параметри

Предлаганата рентгенова уредба за графия следва да покрива минималните технически данни, посочени в спецификацията. Предложения, които не покриват минималните изисквания на възложителя и не отговарят на предварително обявените условия на поръчката няма да се оценяват.

Заличено съгласно  
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

ДРУЖЕСТВО  
ОГРАНИЧЕНА  
ОТГОВОРНОСТ

ДИАГНОЗАЛ

ВАЗНА