

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава XXVI от ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на ДКЦ 1 – Хасково ЕООД“

№	Технически Изисквания	Минимални Технически характеристики
1.	Рентгенов генератор	
1.1.	Висококачествен, мощност	Мин. 30kW
1.2.	Напрежителен обхват в kV	Мин. 40 - 125kV
1.3.	Обхват на mAs	Мин. 1mAs - 500mAs
1.4.	Интерфейс за експозиционна автоматика (АЕС)	Да
2.	Подово монтиран рентгенов колонен статив	
2.1	Надлъжно движение на колоната с рентгеновата тръба	Мин. 140см
2.2	Вертикално движение на тръбата	≥ 100см (разстояние фокус / под)
2.3	Ротация на рентгеновата тръба около хоризонталната ос	Мин. +/- 90°
2.4	Ротация на рентгеновата колона около вертикалната ос	Мин. +/- 90°
3.	Рентгенова тръба	
3.1	Тип двуфокусна, с въртящ се анод	Да
3.2	Фокуси, размери	≤0.6 - ≤ 1.2mm
3.3	Максимално анодно напрежение на рентгеновата тръба	≥ 125kV
3.4	Топлинен капацитет на анода	≥ 300kHU
4.	Фиксирана по височина рентгенографска пациентна маса с „плуващ“ пациентен плот	
4.1	Размер на пациентния плот	Мин. 200 x 80см
4.2	Движение на плота по дължина	≥ 80см.
4.3	Напречно движение на плота	≥ 20см.
4.4	Максимална товароносимост на масата	≥ 200кг.
4.5	Йонизационна камера с 3 полета	Да
4.6	Растер, тип	Да
5.	Рентгенова тръба	
5.1	Тип: двуфокусна, с въртящ се анод	Да

5.2	Фокуси, размери	Мин. 0.6/1.2mm
5.3	Максимално анодно напрежение на рентгеновата тръба	Мин. 125kV
5.4	Топлинен капацитет на анода	Мин. 300kHU
5.5	Топлинен капацитет на кожуха на тръбата	Мин. 1000kHU
6.	Вертикален буки статив	
6.1	Вертикален диапазон на движение на Буки кабинета	Мин. 140см
6.2	Разстояния от центъра на Буки кабинета до пода при най-долно положение	≤ 50см.
6.3	Разстояния от центъра на Буки кабинета до пода при най-горно положение	Мин. 180см
6.4	Йонизационна камера с 3 полета	Да
6.5	Растер	Да
7.	Възможност за допълнителни надграждащи модули, съвместими с предлагания апарат	Посочват се от участника в техническото предложение

Предлаганата рентгенова уредба за графия следва да покрива минималните технически данни, посочени в спецификацията.

Предложения, които не покриват минималните изисквания на възложителя и не отговарят на предварително обявените условия на поръчката няма да се оценяват.