

“ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ХАСКОВО” ЕООД

гр. Хасково, пл. “Градска болница” № 1

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 - ХАСКОВО ЕООД	
Изх./вх. №:	18
Дата:	23.07.2019 г.

Р А З Я С Н Е Н И Е

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26 на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет, „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение за работа с нова рентгенографска система за нуждите на „ДКЦ 1 –ХАСКОВО” ЕООД”

Въпрос: В техническата спецификация в т.3 и т.5 се посочва рентгенова тръба с два фокуса и въртящ анод, а в спецификацията присъства само един колонен статив за рентгенова тръба. Една или две рентгенови тръби следва да се включат в оферираната конфигурация?

Отговор: Касае се за една рентгенова тръба с изискванията, посочени в т.5 на техническата спецификация /текстът на т.3 от нея погрешно дублира текста на т.5/.

Въпрос: В Република България, при рентгеновата апаратура монтаж, пробни изпитвания и пускане в експлоатация могат да бъдат извършвани след съгласуване на площадка /от РЗИ/НЦРРЗ/, изготвяне и съгласуване на проект с лъчезащитна част /РЗИ/НЦРРЗИ/, издадено съответно разрешение от АЯР за монтаж и пробни изпитвания, дозиметрия на място от ЦЦРЗ/РЗИ, контрол на качеството от независима лицензирана фирма, издаване на лицензия от АЯР на името на съответното лечебно заведение. За чия сметка –на Възложителя или на Изпълнителя ще бъдат разходите, държавните такси и дейности за узаконяване на апаратурата: проектиране с лъчезащитна част, съгласуване на рентгеновата площадка и проекта с НЗРЗ и АЯР, издаването на разрешение от АЯР за монтаж и пробни изпитвания, независимия качествен контрол от лицензирана фирма и издаването /промяната/ на лицензията на съответното лечебно заведение?

Отговор: В обявената документация за обществената поръчка са посочени всички конкретни дейности, които следва да извърши Изпълнителя.

Въпрос: За чия сметка – на Възложителя или на Изпълнителя ще бъдат разходите по приваждане на площадката за експлоатация на рентгеновия апарат в лечебното заведение с изискванията на проекта с лъчезащитната част?

Отговор: посочената дейност не е предмет на обществената поръчка.

Въпрос: поради спецификата на поръчката - доставка, монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова апаратура –ИЙЛ, действащото законодателство изисква многостъпкова процедура по съгласуване на площадка /от РЗИ/НЦРРЗ/, изготвяне и съгласуване на проект с лъчезащитна част / РЗИ/НЦРРЗ/, издадено съответно разрешение от АЯР за монтаж и пробни изпитвания, дозиметрия на място от РЗИ/НЦРРЗ, контрол на на

количеството от независима лицензирана фирма, издаване на лицензия от АЯР на името на съответното лечебно заведение. Всички тези стъпки имат законоустановени срокове в РЗИ/НЦДРЗ и АЯР в размер от 2 седмици до 30 дни, които в съвкупност надхвърлят посочения срок за изпълнение от 60 дни. Издаването на разрешение за монтаж и пробни изпитания и изменението на лицензията на лечебното заведение е свързано с изпълнението на проекта с лъчезащитна част, често с ремонтни дейности по помещението, окомплектоване на сигнализацията за рентгенова емисия, подготовка на редица вътрешни заповеди и документи, изпълнение на изисквания към правоспособност на персонала и др. Предвид на това, че в значителна степен сроковете зависят не от Изпълнителя, а от отговорните институции и от самото лечебно заведение, ще приеме ли Възложителят следната промяна в сроковете за доставка, монтаж и пускане в експлоатация:

Доставка: до 60 дни от сключването на договора

Монтаж: до 3 дни след получаване от здравното заведение на разрешение за монтаж и пробни изпитвания

Обучение на персонала: до 7 дни след получаване от здравното заведение на разрешение за монтаж и пробни изпитвания

Пускане в експлоатация: до 3 дни след получаване от здравното заведение на лицензия с включен този апарат?

Отговор: Възложителят не допуска промяна на посочените в документацията срокове.

Въпрос: Поради спецификата на предмета на поръчката – стационарна рентгенова уредба с ИИЛ е практически невъзможно предоставяне на заместваща апаратура по време на ремонт, тъй като процедурата по узаконяването на заместващата апаратура трае най-малко 3 месеца, а след това процедурата по инсталиране, пуск и узаконяването на отремонтираната апаратура – още толкова. Предвид на това ще приеме ли Възложителят това изискване за заместваща апаратура да отпадне от проекта на договора?

Отговор: Да, изискването за заместваща апаратура отпада от проекта на договора.

Въпрос: Предвид на това, че за лицензиране на стационарни рентгенографски системи в Република България се изисква задължително наличието на DAP-метър, следва ли offerираната рентгенографска конфигурация да бъде окомплектована с DAP-метър за измерване на пациентната доза?

Отговор: Да, offerираната рентгенографска конфигурация да бъде окомплектована с DAP-метър.

С уважение,
Управител на „ДКЦ 1-ХАСКОВО“ ЕООД

.....
/Д-р Ясен Янев/